

Medisign[®] Tipo FAD-GDH

GH83 Tira de Teste de Glicose Sanguínea

Resultado Preciso!

- Leia atentamente as instruções de uso antes de realizar o teste. Siga orientação médica.
- Utilize com glicosímetro Medisign GH83 ou GH83 BT.
- Autoteste para orientação de diabetes, sem fins diagnósticos.
- Armazene com a tampa fechada em temperatura entre 4-30°C. Não armazene as tiras de teste em temperaturas elevadas e locais úmidos. Não congele.
- Descarte qualquer tira após 12 meses da abertura do frasco. Não reutilize.
- O código no frasco das tiras de teste deve ser o mesmo na tela de seu medidor.

LOT



REF

Tipo GDH Faixa de solução de controle

GH Nível 1:

GH Nível 2:

GH Nível 3:

Data de Abertura:

CÓDIGO

Medidor Auto Codificador



TESTES

Utilize a tira de teste imediatamente após retirar do frasco e mantenha o frasco fechado a todos os momentos.

IVD

Dispositivo Médico
de Diagnóstico In-Vitro



Regularizado por:

VR MEDICAL Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda

Endereço: Rua Batistassi, 331 Conjuntos 11, 12 e 13

- Jardim Paulista - CEP: 01423- 010 São Paulo (SP). CNPJ: 04.718.143/0001-94. Resp.

Técnica Cristiane Aparecida de Oliveira Aguiar - CPF: 08.21079

SAC 0800-7703661 - ANVISA nº: 80102512254

Fabricante: Tianjin Empacs Medical Device Co., Ltd.

No.35 and 37, Yingcheng Street, Hangu, Binhai New Area,

300480 Tianjin China

Tel.: +86-22-2569-6839 Fax: +86-22-2569-1103

Fabrica em China

SP201-0149A Rev.03.05.24



30*50mm

 PANTONE 7469C



15.3*1.3*5.3cm



15.3*1.3*5.3cm

Leia cuidadosamente as instruções fechadas.

SP101-0299A Rev.30.07.24

Medisign®

▶ ABRIR

Para uso com o Medidor de glicose sanguínea Medisign GH83 e GH83 BT

Medisign®

GH83

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA



Armazene a: 30°C (86°F)
4°C (39,2°F)



Dispositivo Médico de diagnóstico in vitro



SP1010299

FABRICA EM CHINA

Medisign®

GH83

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA

- Leia atentamente as instruções de uso antes de realizar o teste. Siga orientação médica.
- Para uso com o Glicosímetro Medisign GH83 e GH83 BT.
- Para uso em diagnóstico in vitro e para autoteste, sem fins diagnósticos.
- Esse produto é para uso externo, não engula.
- Mantenha distância do alcance de crianças e animais de estimação.
- Armazene no frasco tampa fechado com a temperatura entre 4-30°C. Não congele.
- Não armazene as tiras de teste em altas temperaturas e locais úmidos.
- Descarte qualquer tira de teste depois de 12 meses da abertura do frasco.
- Armazene as tiras de teste apenas no frasco. Se a tampa não estiver fechada, não utilize as tiras teste para teste.
- Essa tira teste é para so usa uma vez, nunca reutilize.
- Componentes químicos: FAD-GDH (Flavina Adenina Dinucleotídeo-Glicose Desidrogenase), Mediador, Amortecedor e Não-reativo.

Medisign®

Fabricante: Tianjin Empecs Medical Device Co., Ltd. No.35 and 37, Yingcheng Street, Hangu, Binhai New Area, 300480 Tianjin República Popular da China

Regularizado por: VR MEDICAL Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda
Endereço: Rua Batataes, 391 Conjuntos 11, 12 e 13 – Jardim Paulista – CEP: 01423-010 São Paulo (SP).
CNPJ: 04.718.143/0001-94.
Resp. Técnica: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre – CRF/SP 21079. SAC 0800-7703661

ANVISA nº: 80102512254.

LOT



Medisign®

GH83

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA

50
TESTES

FAD-GDH tipo Tira de Teste
Fácil e Preciso

EM
medicals

Medisign®

GH83

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA



50



Armazene a: 4°C (39,2°F) 30°C (86°F)

IVD

Dispositivo Médico de diagnóstico in vitro

REF

SP1010300

FABRICA EM CHINA

Medisign®

GH83 TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA

- Leia atentamente as instruções de uso antes de realizar o teste. Siga orientação médica.
- Para uso com o Glicosímetro Medisign GH83 e GH83 BT.
- Para uso em diagnóstico in vitro e para autoteste, sem fins diagnósticos.
- Esse produto é para uso externo, não engula.
- Mantenha distância do alcance de crianças e animais de estimação.
- Armazene no frasco tampa fechado com a temperatura entre 4~30°C. Não congele.
- Não armazene as tiras de teste em altas temperaturas e locais úmidos.
- Descarte qualquer tira de teste depois de 12 meses da abertura do frasco.
- Armazene as tiras de teste apenas no frasco. Se a tampa não estiver fechada, não utilize as tiras teste para teste.
- Essa tira teste é para so usa uma vez, nunca reutilize.
- Componentes químicos: FAD-GDH (Flavina Adenina Dinucleotídeo-Glicose Desidrogenase), Mediador, Amortecedor e Não-reativo.

Medisign®

Fabricante: Tianjin Empecs Medical Device Co., Ltd. No.35 and 37, Yingcheng Street, Hangu, Binhai New Area, 300460 Tianjin República Popular da China

Regularizado por: VR MEDICAL Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda
Endereço: Rua Batataias, 391 Conjuntos 11, 12 e 13 – Jardim Paulista – CEP: 01423- 010 São Paulo (SP).
CNPJ: 04.718.143/0001-94.
Resp. Técnica: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre – CRF/SP 21079. SAC 0800-7703661

ANVISA nº: 80102512254.

LOT



SP101-0300A Rev.30.07.24

Medisign®

▶ ABRIR

Para uso com o Medidor de glicose sanguínea Medisign GH83 e GH83 BT

Medisign®

GH83

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA

25 x 2
TESTES

FAD-GDH tipo Tira de Teste
Fácil e Preciso

EM
EMPECS

Medisign®

GH83

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA



Armazene a: 30°C (86°F)
4°C (39,2°F)



Dispositivo Médico de diagnóstico in vitro



SP1010298

FABRICA EM CHINA

Medisign®

GH83

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA

- Leia atentamente as instruções de uso antes de realizar o teste. Siga orientação médica.
- Para uso com o Glicosímetro Medisign GH83 e GH83 BT.
- Para uso em diagnóstico in vitro e para autoteste, sem fins diagnósticos.
- Esse produto é para uso externo, não engula.
- Mantenha distância do alcance de crianças e animais de estimação.
- Armazene no frasco tampa fechado com a temperatura entre 4-30°C. Não congele.
- Não armazene as tiras de teste em altas temperaturas e locais úmidos.
- Descarte qualquer tira de teste depois de 12 meses da abertura do frasco.
- Armazene as tiras de teste apenas no frasco. Se a tampa não estiver fechada, não utilize as tiras teste para teste.
- Essa tira teste é para so usa uma vez, nunca reutilize.
- Componentes químicos: FAD-GDH (Flavina Adenina Dinucleotídeo-Glicose Desidrogenase), Mediador, Amortecedor e Não-reativo.

Leia cuidadosamente as instruções fechadas.

SP101-0298A Rev.30.07.24

Medisign®

Fabricante: Tianjin Empecs Medical Device Co., Ltd. No.35 and 37, Yingcheng Street, Hangu, Binhai New Area, 300480 Tianjin República Popular da China

Regularizado por: VR MEDICAL Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda
Endereço: Rua Batataes, 391 Conjuntos 11, 12 e 13 – Jardim Paulista – CEP: 01423- 010 São Paulo (SP).
CNPJ: 04.718.143/0001-94.
Resp. Técnica: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre – CRF/SP 21079. SAC 0800-7703661

ANVISA nº: 80102512254.

LOT



Medisign®

▶ **ABRIR**

Para uso com o Medidor de glicose sanguínea Medisign GH83 e GH83 BT

Medisign®

GH83

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA

25
TESTES

FAD-GDH tipo Tira de Teste
Fácil e Preciso



Medisign®

GH83

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA



Armazene a: 4°C (39,2°F) - 30°C (86°F)



Dispositivo Médico de diagnóstico in vitro



SP1010297

FABRICA EM CHINA

Medisign®

GH83

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA

- Leia atentamente as instruções de uso antes de realizar o teste. Siga orientação médica.
- Para uso com o Glicosímetro Medisign GH83 e GH83 BT.
- Para uso em diagnóstico in vitro e para autoteste, sem fins diagnósticos.
- Esse produto é para uso externo, não engula.
- Mantenha distância do alcance de crianças e animais de estimação.
- Armazene no frasco tampa fechado com a temperatura entre 4-30°C. Não congele.
- Não armazene as tiras de teste em altas temperaturas e locais úmidos.
- Descarte qualquer tira de teste depois de 12 meses da abertura do frasco.
- Armazene as tiras de teste apenas no frasco. Se a tampa não estiver fechada, não utilize as tiras teste para teste.
- Essa tira teste é para so usa uma vez, nunca reutilize.
- Componentes químicos: FAD-GDH (Flavina Adenina Dinucleotídeo-Glicose Desidrogenase), Mediador, Amortecedor e Não-reativo.

Leia cuidadosamente as instruções fechadas.

SP101-0297A Rev.30.07.24

Medisign®

Fabricante: Tianjin Empecs Medical Device Co., Ltd. No.35 and 37, Yingcheng Street, Hangu, Binhai New Area, 300480 Tianjin República Popular da China

Regularizado por: VR MEDICAL Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda
Endereço: Rua Batataes, 391 Conjuntos 11, 12 e 13 – Jardim Paulista – CEP: 01423- 010 São Paulo (SP).
CNPJ: 04.718.143/0001-94.
Resp. Técnica: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre – CRF/SP 21079. SAC 0800-7703661

ANVISA nº: 80102512254.

LOT



Medisign®

▶ **ABRIR**

Para uso com o Medidor de glicose sanguínea Medisign GH83 e GH83 BT

Medisign®

GH83

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜÍNEA

10
TESTES

FAD-GDH tipo Tira de Teste
Fácil e Preciso

